



WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE

20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8,
tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00
www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl



Lublin, dnia 24.05.2013 r.

NOZ-3311/ 35 / /13

Sz. P. Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
wg rozdzielnika

Nr sprawy: NOZ – 07 / 13

Dotyczy: **Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8.**

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:

Pytania:

- 1. Dotyczy Część 1 poz. 29** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu pakowanego po 20 ampulek, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
- 2. Część 1 poz. 39** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu pakowanego po 50 ampulek, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
- 3. Część 1 poz. 60** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu fiołka?
- 4. Część 10 poz. 1,2,3** Czy Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe bezpudrowe:

Wymiary		Top Glove
		240 min
Długość (mm)		
Szerokość (mm)		
	Extra małe	76 ± 3
	Małe	84 ± 3
	Średnie	94 ± 3
	Duże	105 ± 3
	Bardzo duże	113 ± 3
Grubość (mm) *pojedyncza ścianka	Wszystkie rozmiary	Palec: 0.10 ±0.02 (standardowa wartość: 0.11 – 0.13) Dłoń: 0.07±0.02 (standardowa wartość: 0.07 – 0.09)

- 5. Część 10 poz. 4** Czy Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe pudrowane :

Rozmiar	Długość	Szerokość	Grubość na palcach	Grubość na dłoni	Grubość na mankiecie
S	240	84 ± 3	0,12 ± 0,03	0,11 ± 0,03	0,08 ± 0,01
M	240	94 ± 3	0,12 ± 0,03	0,11 ± 0,03	0,08 ± 0,01
L	240	105 ± 3	0,12 ± 0,03	0,11 ± 0,03	0,08 ± 0,01

6. Część 10 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki sterylne lateksowe pudrowane :

Rozmiar	Długość min.	Szerokość	Grubość na palcach min.	Grubość na dłoni min.	Grubość na mankiecie min.
7,0	270	89 ± 5	0,17	0,12	0,10
7,5	270	95± 5	0,17	0,12	0,10
8,0	270	102 ± 6	0,17	0,12	0,10
8,5	280	108 ± 6	0,17	0,12	0,10

7. Dotyczy Część 7 poz. 1- Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku hydrowłóknistego zbudowanego z nietkanych włókien pochłaniających szkodliwe komponenty takie jak wysięk, bakterie i płyny. Szybkość absorpcji i zachowanie opatrunku sprawiają, że wysięk z rany tworzy spójny żel i jest absorbowany pionowo, co zmniejsza ryzyko maceracji skóry wokół rany do minimum i opatrunek nie przywiera do rany, przeznaczony do ran z niewielkim wysiękiem typu odleżyny, rany głębokie, oparzenia powierzchowne, pooperacyjne rany chirurgiczne.

W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wydzielenie opatrunku do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty większej grupie wykonawców oraz uzyskania konkurencyjnych ofert.

8. Dotyczy Część 7 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego wykonanego z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy, żelatyny i pektyny w połączeniu z pianką, dzięki zdolności chłonnej opatrunku i technologii przewodzenia wysięku na zewnątrz sprawia, że wysięk jest skutecznie usuwany, a poziom wilgoci w ranie utrzymuje się na właściwym poziomie i ułatwia gojenie się rany, przeznaczony do ran z małym i średnim wysiękiem, może być stosowany we wszystkich etapach gojenia się rany niewykazujących objawów infekcji, w ranach z małym i średnim wysiękiem, oparzenia I i II stopnia powierzchowne, rany przewlekłe.

W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wydzielenie opatrunku do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty większej grupie wykonawców oraz uzyskania konkurencyjnych ofert.

9. Dotyczy Część 8 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne ,opartego na dwóch alkoholach /60 % w roztworze/ nie powodującego żadnych uczuleń ,alergii i duszności, o alkoholowym zapachu?

10. Dotyczy Część 8 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk (czas dezynfekcji higienicznej 30 sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min.), w postaci żelu, zawierającego etanol i bifenylo-2-ol, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Rota), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, z możliwością stosowania przez alergików?

11. Część 8 poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylo-1 i nadtlenuk wodoru o czasie działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15 sekund, przed punkcjami 60 sekund?

12. Część 8 poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylo-1 i nadtlenuk wodoru o czasie działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15 sekund, przed punkcjami 60 sekund?

13. Część 8 poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi zawierającego dioctan kokosylopropylenodiaminoguanidynowy, fenoksypropanol, chlorek benzalkoniowy, inhibitory korozji, posiadającego spektrum działania wobec B, F, Tbc w czasie do 15 min. przy stężeniu 3%, oraz HBV, HCV, Vaccinia w czasie do 5 min. i stężeniu 0,5%; B, F, HBV, HCV, HIV przy użyciu ultradźwięków do 5 min. Przy stężeniu 3% bez wbudowanego dozownika przelewowego, w butelce 2L z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

14. Część 8 poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na preparat na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, zawierającego benzylo-C12-18-alkilodimetylowe chlorki, 2-fenoksyetanol, aminoalkiloglicyna, niejonowe tenzydy, o spektrum działania: Tbc w czasie do 15 min. przy stężeniu 0,5%, B, F w czasie do 15 min przy stężeniu 2%, HIV, HCV, HBV w czasie do 15 min przy stężeniu 0,25%, produkt żrący, w butelkach a 2L z odpowiednim przeliczeniem opakowań, bez wbudowanego dozownika przelewowego?

15. Część 8 poz. 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne,opartego na dwóch alkoholach /60 % w roztworze/ co nie ma żadnego znaczenia w odniesieniu do dezynfekowanej powierzchni, przedmiotów i sprzętu medycznego bowiem zawartość alkoholu w naszym preparacie w wysokości 60 % w roztworze nie powoduje żadnych uczuleń ,alergii i duszności, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculosis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min.?

16. Część 8 poz. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania nasączonych preparatem opartym o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) - 1 min., Tbc (Mycobacterium terrae) - 15min., w owalnych opakowaniach (tuba- dozownik, który po opróżnieniu można uzupełnić) a 200 szt. przy odpowiednim przeliczeniu opakowań ?

17. Część 8 poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego etanol, propan-1-ol, amfoteryczne

związki powierzchniowo czynne ,opartego na dwóch alkoholach /60 % w roztworze/ nie powodującego żadnych uczuleń ,alergii i duszności, o alkoholowym zapachu?.

18. W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrągać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

19. Część nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania chusty bawełnianej czy wiskozowej?

20. Część nr 6 poz. 6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej?

21. Część nr 6 poz. 6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania arkuszy 40x60cm czy arkuszy mniejszych, pociętych, gotowych do użycia w rozm.20x30cm

22. Część nr 6 poz. 11, 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o dł. 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

23. Część nr 6 poz. 14, 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra z opatrunkiem o dł. 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

24. Część nr 10 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe o dł. ≥ 240 mm?

25. Część nr 10 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe o grubości ścianki na palcu $\geq 0,10$, na mankiecie $\geq 0,06$, na dłoni $\geq 0,09$ mm?

26. Część nr 10 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe w rozm. L o szer. 110 ± 10 mm?

27. Część nr 10 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitylowe w rozm. S o szer. 80 ± 10 mm?

28. Część nr 10 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitylowe w rozm. S o szer. 110 ± 10 mm?

29. Część nr 10 poz. 1-3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice lateksowe o grubości ścianki na palcu $\geq 0,10$, na dłoni $\geq 0,09$ mm?

30. Część nr 10 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice sterylne lateksowe w rozm. 7,0-8,0 o dł. ≥ 270 mm i w rozm. 8,5 o dł. ≥ 280 mm?

31. Część nr 10 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice sterylne lateksowe o szer. w rozm. 7,0 – 89 ± 5 mm, w rozm. 7,5 – 95 ± 5 mm, w rozm. 8,0 – 102 ± 6 mm, w rozm. 8,5 – 108 ± 6 mm?

32. Część nr 10 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice sterylne lateksowe o grubości ścianki na mankiecie $\geq 0,14 \pm 0,02$ mm?

33. Czy Zamawiający mógłby określić jaki procent ilości wyrobów określonych w SIWZ zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

34. Czy Zamawiający poprzez określenie terminów w umowie rozumie dni robocze czy kalendarzowe? Jeżeli robocze, to czy przez termin dni robocze rozumie pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w §3 ust. 4 pkt 1 słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

36. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej lub wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

37. Czy Zamawiający w przypadku zmiany stawki podatku VAT dopuści zmianę ceny brutto, uwzględniając nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienna?

38. Z uwagi na zalecenia jakie stawia Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków oraz Wytyczne Europejskie co do procedur postępowania w masowych krwotokach pourazowych i okołoperacyjnych, proszę o doprecyzowanie, czy należy zaoferować w części nr 1, pozycja 78 koloid który posiada osmolalność zbliżoną do osmolalności osocza , odpowiedni układ buforujący oraz w swoim składzie zawiera jony wapnia?.

39. Czy w części nr 1 pozycja nr 78, Hydroksyetyloskrobia 6% 500ml, należy zaoferować preparat o osmolalności zbliżonej do osmolalności osocza, norma 290 – 300 mOsm/l ?.

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 pozycja 32 preparat równoważny pod względem zastosowania klinicznego Lignocainum 2% 20ml w bezpiecznych i prostych w obsłudze, nie narażonych na rozbicie, plastikowych ampulkach w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu?.

41. Część 10 poz.1-3. Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 1-3 rękawic nitylowych o długościach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 455:2 tj. min. 240mm.

42. Część 10 poz.4. Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 4 rękawic diagnostycznych pudrowanych o długościach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 455:2 tj. min. 240mm.

43. Część 10 poz.4. Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 4 rękawic diagnostycznych pudrowanych o grubości palca 0,12-0,13mm.

44. Część 10 poz.5. Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 5 rękawic sterylnych pudrowanych o długościach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 455:2 tj. min. 280mm.

45. Część 10 poz.5. Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 5 rękawic sterylnych pudrowanych o grubości mankietu 0,16-0,17mm.

46. Część 10 poz.5. Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 5 rękawic sterylnych pudrowanych o szerokości dla rozmiaru 7,5 - 97mm ± 2 mm oraz 8,5-112mm ± 2 mm.

47. Część 10 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie w części X poz. 5 rękawiczek sterylnych bezpudrowych o grubości palca 0,22-0,23mm , dłoni 0,21-0,22mm, mankietu 0,17-0,18mm, długości min.290mm oraz szerokości dla rozmiarów: rozmiaru 7,5 - 97mm ± 2 mm oraz 8,5-112mm ± 2 mm.

48. dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

49. dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofaniach, wstrzymanych w obrocie produktach ?

50. dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub

chłodzenia przewożonego asortymentu ?

51. dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

52. dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

53. Część 3, poz. 4-7. Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem 10 ml?

54. Część 3, poz. 8-9. Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona o powierzchni zmrożonej?

55. Część 3, poz. 16. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w pozycji nr 16, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótko ścięte oraz długo ścięte? Igły krótko ścięte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długo ścięte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.

56. Część 3, poz. 16. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w pozycji nr 16, wymaga, aby igły w rozmiarze 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

57. Część 3, poz. 12-16. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w pozycji nr 12-16, wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania).

58. Część 3, poz. 30. Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 24G z przepływem 23 ml/min?

59. Część 3, poz. 31. Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 22G 0,9x25mm, przepływ 36 ml/min?

60. Część 3, poz. 32. Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 20G 1,1x32mm, przepływ 65 ml/min?

61. Część 3, poz. 33. Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 18G 1,3x45mm, przepływ 95 ml/min?

62. Część 3, poz. 34. Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 17G 1,5x45mm, przepływ 142 ml/min?

63. Część 3, poz. 35. Czy Zamawiający dopuści kaniule o rozmiarze 16G 1,7x45mm, przepływ 200 ml/min?

64. Część 3, poz. 30-35. Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym?

65. Część 3, poz. 36. Czy Zamawiający dopuści rozmiar zgłębnika żołądkowego Ch24 bez zatyczki, gdyż z naszej wiedzy wynika, iż taki rozmiar nie występuje na rynku medycznym z zatyczką?

66. Część 3, poz. 56. Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160x210?

67. Część 3, poz. 57-58. Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne posiadające wyczuwalny i optyczny indykator bez wskazania na typ connecta?

68. Część 3, poz. 62. Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń o rozmiarze 3F jednokanałowy, gdyż z naszej wiedzy wynika, iż nie istnieje tak mały rozmiar dwuświatłowy?

69. Część 3, poz. 69. Czy Zamawiający dopuści torby na wymiociny bez wkładki chłonnej, bez zamknięcia?

70. W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

71. Część 3, poz. 72-74, 77-79, 81-87, 90. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie bardzo konkurencyjnej oferty?

72. Część 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków hydrożelowych w formie płatu hydrożelu wzmocnionego włókniną zamiast wymaganej formy półpłynnego żelu spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

73. Część 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie opatrunków hydrożelowych (pozycje 1-4) i stworzenie oddzielnego pakietu na w/w wyroby?

74. Część 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 opatrunków hydrożelowych na twarz o rozmiarze 25 cm x 25 cm zamiast wymaganych opatrunków na twarz o rozmiarze 45 cm x 20 cm?

75. Część 6 poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6 mm x 38mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

76. Część 6 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści przylepce zastępujące nici chirurgiczne w rozmiarze 6 mm x 38mm, 50x6 szt.?

77. Część 6 poz. 11, 12 Czy Zamawiający dopuści przylepce o dł. 9,14 m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

78. Część 6 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem o dł. 1 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

79. Część 6 poz. 20 Czy Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe siatkowe o szerokości 6 cm lub 8 cm?

80. Część 6 poz. 21 Czy Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe siatkowe o szerokości 8 cm lub 10 cm?

81. Część 6 poz. 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca zastępującego nici chirurgiczne o wymiarze 6mm 38mm w opakowaniu typu koperta zawierająca 6 pasków, w opakowaniu zbiorczym 16 kopert. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga ilości 3600 sztuk pasków czy 3600 kopert po 6 sztuk?

82. Część 6 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry bez zmian?

83. Część 6 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry bez zmian?

84. Część 6 poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do mocowania wenflonów w opakowaniu zbiorczym 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

85. Część 6 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem 1m x 6cm z odpowiednim przeliczeniem ilości?

86. Część 6 poz. 17-21 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 17-21 rękawów opatrunkowych siatkowych o dł. 25 m w stanie rozciągniętym i 10m -11m w stanie swobodnego zwisu i szerokościach odpowiednio: dla poz. 17 – 1,5cm -2,5cm, dla poz. 18 - 2,5cm -3,5cm, dla poz. 19 – 5cm – 6,5cm, dla poz. 20 – 5cm -6,5cm lub 7cm-9,5cm, dla poz. 21 – 7cm-9,5cm,

87. Część 1 poz. 91,92 Czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie-ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli?

88. Część 8 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholowego preparatu do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni, na bazie 1 propanolu z niewielkim 0,075% dodatkiem czwartorzędowych zw. amonowych z możliwością stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Aktywny wobec B, TBC, F, HIV, HBV, HCV, V (Adeno, Rota, Vaccinia, Noro, Polio, Papowa) w op. 11 ze spryskiwaczem.

- 89. Część 8 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholowego preparatu w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu zawierający środki chroniące i pielęgnujące skórę jak pantenol, aloes, gliceryna. Preparat bezbarwny bez dodatku środków zapachowych spełniający normy 1500 i 12791 o spektrum działania Bakterio, prątko, grzybo i wirusobójcze. higieniczna dez. rąk 30sek. W wygodniejszych opakowaniach 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
- 90. Część 8 poz. 4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do dezynfekcji powierzchni skuteczny wobec zanieczyszczeń organicznych. Substancja czynna – NaDCC w postaci tabletek ok. 2,72g uwalniających 1,g aktywnego chloru. Łatwo rozpuszczające się w wodzie. Podstawowe spektrum biobójcze w stężeniu podstawowym: B, F, V w czasie do 15 min. Z możliwością poszerzenia o Tbc i zwiększenia stężeń w zależności od potrzeby zastosowania. Łatwe dozowanie i wykonanie roztworu roboczego – 1 tab. na 1,5l wody. Preparat w opakowaniu po 300tabl z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Uwzględniając ilość roztworu roboczego zapotrzebowana przez Zamawiającego byłoby to 56 opakowania z zaokrągleniem do pełnych opakowań.
- 91. Część 8 poz. 7** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych w tym sprzętu endoskopowego, zawierający diaminę kokos propylenu, możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych o bardzo dużej tolerancji materiałowej Skuteczność preparatu potwierdzona badaniami na : B, F, Tbc, HBV, HCV, w czasie do 15 min w stężeniu 2%.
- 92. Część 8 poz. 8** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu myjąco-dezynfekującego, gotowego do użycia w postaci piany, nie wytwarzający mgły aerozolowej, zawierający 1-propanol (17%) i czwartorzędowe związki amoniowe, nie wymaga splukiwania, wydajność w zależności od sposobu użycia 70- 100m². Działający na B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, ptasia grypa) w krótszym czasie działania niż wymagany w SIWZ – do 3 min. Możliwość stosowania do inkubatorów, do delikatnych powierzchni jak głowice USG, w opakowaniach 750ml.
- 93. Część 8 poz. 9** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu myjąco-dezynfekującego do powierzchni w tym wyrobów medycznych, w postaci delikatnej pianki, na bazie nadtlenu wodoru, gotowy do użycia, nie wytwarzający mgły aerozolowej. Działanie w 15 minut na bakterie, grzyby, wirusy, prątki.bardzo dobre właściwości myjące. Wydajność z 1 op ok. 100m² w opakowaniach 750ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
- 94. Część 8 poz. 10** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyrobów medycznych na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Nie zawiera chloru, tlenu, aldehydów, pochodnych fenolu. Nie wymagający splukiwania, nie powodujący efektu klejenia powierzchni. Możliwość stosowania w obecności pacjentów i noworodków oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania B, F, pleśnie, MRSA, Tbc, V (HCV) w czasie 15 min w stężeniu 0,25% lub szersze spektrum B, F, pleśnie, MRSA, Tbc, V (HCV, HBV, HIV, Rota) w czasie 15 min w stężeniu 0,5% w opakowaniu 1l z dozownikiem.
- 95. Część 8 poz. 11** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni, na bazie n-propanolu i IV rzędowych związków amoniowych o szerokim spektrum działania: bakterie (włącznie z Tbc i MRSA), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV oraz Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) do 1 min.. Możliwość użycia do powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz w obecności pacjentów przez przetarcie lub spryskanie. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.
- 96. Część 8 poz. 12** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek dezynfekcyjno-myjących do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, inkubatorów, głowic USG. Spektrum w 1 minutę B, F, HIV, HCV, Rota Herpes wirusy grypy) w opakowaniach po100szt wym. 13 x 20cm z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
- 97. Część 8 poz. 12** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek dezynfekcyjno-myjących do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, inkubatorów, głowic USG. Spektrum w 1 minutę B, F, HIV, HCV, HBV, Noro lub szersze spektrum B, F, Tbc, HIV, HCV,HBV, Noro w 15 min z możliwością poszerzenia o wirusy Adeno i Polio w opakowaniach po125szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, wymiar chusteczki 13 x 22cm.
- 98. Część 8 poz. 13** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, na bazie nadwęglanu sodu. Bez konieczności stosowania aktywatora. Skuteczność bójcza : B, F, Tbc, V w czasie 5 min i stęż. 1% lub B, F, Tbc, V, spory w 10 min w stęż 2%, w opakowaniach 1kg.
- 99. Część 8 poz. 14** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholowego preparatu do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni, na bazie 1 propanolu z niewielkim 0,075% dodatkiem czwartorzędowych zw. amonowych z możliwością stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Aktywny wobec B, TBC, F, HIV, HBV, HCV, V (Adeno, Rota, Vaccinia, Noro, Polio, Papowa) w op. 1l ze spryskiwaczem.
- 100.** W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego innej wielkości opakowania jeśli z przeliczenia ilości wyjdzie ułamkowa liczba opakowań, to czy należy wycenić dokładnie taką ilość jaka wyjdzie z przeliczenia (zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku) czy też zaokrąglić do pełnych opakowań zgodnie z zasadami matematyki.
- 101. Część 8 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie etanolu i propanolu, nie zawierający innych substancji aktywnych, niedrażniący, o delikatnym cytrynowym zapachu. Aktywny wobec B (w tym MRSA), Tbc, F, HIV, HBV, HCV, V (adeno, rota, noro, Vaccinia). Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
- 102. Część 8 poz. 10** Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyrobów medycznych, na bazie amin i QAV, nie zawierający aktywnego chlor, tlenu, aldehydów, pochodnych fenolu. Spektrum i czas działania – B, F, HIV, HCV, HBV w czasie 15 minut w stężeniu 0,25%, Tbc – 0,5% w 30 minut lub 2% w 15 minut. Jako roztwór roboczy, nie wykazuje właściwości żrących. Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
- 103. Część 8 poz. 13** Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, z możliwością zastosowania do dezynfekcji powierzchni, na bazie nadwęglanu sodu. Skuteczność bójcza: B (MRSA), F, Tbc, V (Vaccinia, HBV, HIV, BVDV, HCV, adeno, polio), S w stężeniu 2% w czasie 10 minut lub 1% w czasie do 60 minut. Preparat osiąga pełne spektrum bez stosowania aktywatora. Opakowanie 1 kg?.
- 104. Część 10 poz. 1,2,3** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości pojedynczej ścianki na : palcu 0,13 mm +/- 0,03 mm, na dłoni 0,11 mm +/- 0,03 mm, na mankiecie 0,09 mm +/- 0,03 mm?. Pozostałe parametry nie ulegają zmianom.

105. **Część 16 poz. 5** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu pościeli składającego się z poszewki 70x80cm, poszwy 160x210cm i prześcieradła 150x210cm?
106. **Część 10 poz. 1,2,3** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych bezpudrowych o wysokiej odporności na ścieranie i przebicie o długości minimum 240mm, szerokości: S – 80 +/- 10mm; M – 95+/-10mm; L – 110+/-10mm, grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,01mm; na dłoni 0,07mm +/- 0,01mm; na mankiecie 0,06mm +/- 0,01mm w opakowaniach po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?
107. **Część 10 poz. 1,2,3** Czy Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych bez zawartości tiuramów, co ma być potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?
108. **Część 10 poz. 1,2,3** Czy Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych zarejestrowanych podwójnie tj. jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III?
109. **Część 10 poz. 4** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic lateksowych o długości minimum 240mm, szerokości S- 84mm +/- 3mm; M-94mm +/- 3mm; L- 105mm +/- 3mm, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm +/-0,03mm; na dłoni 0,11mm +/- 0,03mm; na mankiecie 0,08mm +/- 0,03mm?
110. **Część 10 poz. 5** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych pudrowanych o długości minimum 280mm, szerokości: 7,0- szer. 89mm +/- 6mm; 7,5- szer. 95mm +/- 6mm; 8,0- szer. 102mm +/- 6mm; 8,5- szer. 108mm +/- 6mm; o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,17mm; na dłoni 0,12mm; na mankiecie 0,10mm +/- 0,03mm?
111. **Część 3 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania o powierzchni normalnej a nie zmrożonej?
112. **Część 3 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania rozmiar CH 12 i CH 14 o długości 600mm?
113. **Część 3 poz. 3** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do podawania tlenu przez nos z 6 paskami wzmacniającymi oraz odstąpi od wymogu aby cewnik nie zawierał ftalanów?
114. **Część 3 poz. 4,5,6,7** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Foleya pakowanych podwójnie tj. wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie foliowo papierowe?
115. **Część 3 poz. 8,9** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik nie zawierał ftalanów?
116. **Część 3 poz. 21** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurka Guedel'a nie zawierała ftalanów?
117. **Część 3 poz. 22** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 2ml z tłokiem w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.
118. **Część 3 poz. 23** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 5ml z tłokiem w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.
119. **Część 3 poz. 24** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 10ml z tłokiem w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.
120. **Część 3 poz. 27** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 20ml z tłokiem w kolorze niebieskim w opakowaniach x 50 sztuk? Pozostałe parametry bez zmian.
121. **Część 3 poz. 36** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębników żołądkowych z czterema otworami bocznymi? Pozostałe parametry bez zmian.
122. **Część 3 poz. 54** Czy Zamawiający dopuści elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach 57x34mm pakowane po 50 sztuk?
123. **Część 3 poz. 55** Czy Zamawiający dopuści elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach 30x24mm?
124. **Część 3 poz. 62** Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy w rozmiarze 4F zamiast 3F? Prośbę swą motywujemy faktem, iż na rynku medycznym nie występuje zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy w rozmiarze 3F.
125. **Część 3 poz. 71** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania maseczki do wentylacji usta – usta, która składa się z pneumatycznego maski uszczelniającego, ustnika z filtrem bakteryjnym oraz dodatkowego portu do podłączenia przewodu tlenowego, zamykana w plastikowym etui?
126. **Część 3 poz. 81,82** Czy Zamawiający oczekuje zestawów resuscytacyjnych jednorazowego użytku wyposażonych w dodatkowy uchwyt zapobiegający wypadaniu z ręki podczas resuscytacji, czy też bez uchwytu?
127. **Część 3 poz. 82** Czy w pozycji 82 nie nastąpiła pomyłka, gdyż Zamawiający podał rozmiar maski dla dorosłych a oczekuje zestawu resuscytacyjnego dla dzieci?
128. **Część 10 poz. 1-4** Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w opakowaniach a' 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
129. **Część 1 poz. 102** Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów równoważne z podanymi w SIWZ, spełniające normy ISO oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, znane i polecane na rynku. Glukometr posiada funkcje automatycznego wyrzutu paska po badaniu, co podnosi bezpieczeństwo i higienę pracy osób wykonujących badanie. Zapewniamy przeszkolenie personelu zamawiającego oraz serwis poprzetargowy (walidacja). Jednocześnie prosimy o podanie ilości glukometrów potrzebnych Zamawiającemu, które będą zawarte w cenie pakietu na paski. Dopuszczenie naszych pasków pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo, a Zamawiającemu na oszczędności finansowe.
130. **Część 10 poz. 4** Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane o następujących parametrach: (rozmiar /długość w mm/ szerokość w mm/ dopuszczalne odchylenie w mm): S-241-85; M-241-95; L – 241 – 105; Grubość ścianki: na palcu 0,14 mm- +/- 0,03mm; na mankiecie 0,10 mm - +/- 0,03 mm; na dłoni 0,12 mm - +/- 0,02mm?
131. **Część 10 poz. 1,2,3** Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe o następujących parametrach: (rozmiar /długość w mm/ szerokość w mm/ dopuszczalne odchylenie w mm): S-244-82; M-247-94; L – 248 – 105; Grubość ścianki: na palcu 0,13 mm- +/- 0,03mm; na mankiecie 0,08 mm - +/- 0,02 mm; na dłoni 0,10 mm - +/- 0,03mm?
132. **Część 10 poz. 5** Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe pudrowane o następujących parametrach: (rozmiar /długość w mm/ szerokość w mm/ dopuszczalne odchylenie w mm): 7,0 – 285 -92; 7,5 – 286 -97; 8,0 – 286– 103; 8,5 – 287 – 107; Grubość ścianki: na palcu 0,22 mm- +/- 0,01mm; na mankiecie 0,16 mm - +/- 0,01 mm; na dłoni 0,21 mm - +/- 0,01mm?

Odpowiedzi

Ad. 1 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu pakowanego po 20 ampuł., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Ad. 2** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu pakowanego po 50 amp. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 3** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu fiolka.
- Ad. 4** Tak, Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe bezpudrowe o zaproponowanych parametrach.
- Ad. 5** Tak, Zamawiający dopuści rękawiczki lateksowe pudrowane o zaproponowanych parametrach.
- Ad. 6** Tak, Zamawiający dopuści rękawiczki sterylne lateksowe pudrowane o zaproponowanych parametrach.
- Ad. 7** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 8** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 9** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 10** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 11** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 12** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 13** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 14** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 15** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 16** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 17** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 18** Ułamkową ilość opakowań, należy wycenić zgodnie z zasadami matematyki.
- Ad. 19** Zamawiający dopuszcza chusty bawełniane i viskozowe.
- Ad. 20** Tak, Zamawiający wymaga zaoferowanie ligniny białej.
- Ad. 21** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania oba arkusze o zaproponowanych wymiarach z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 22** Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania przylepiec o dł. 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 23** Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania plastr z opatrunkiem o dł. 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 24** Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice lateksowe o dł. ≥ 240 mm.
- Ad. 25** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe o gr. ścianki na palcu $\geq 0,10$, na mankiecie $\geq 0,06$, na dłoni $\geq 0,09$ mm.
- Ad. 26** Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice lateksowe w rozm. L o szer. 110 ± 10 mm.
- Ad. 27** Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice nitrylowe w rozm. S o szer. 80 ± 10 mm.
- Ad. 28** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania rękawice nitrylowe w rozm. S o szer. 110 ± 10 mm.
- Ad. 29** Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawice lateksowe o grubości ścianki na palcu $\geq 0,10$, na dłoni $\geq 0,09$ mm.
- Ad. 30** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice sterylne lateksowe w rozm. 7,0-8,0 o dł. ≥ 270 mm i w rozm. 8,5 o dł. ≥ 280 mm.
- Ad. 31** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice sterylne lateksowe o szer. w rozm. 7,0 – 89 ± 5 mm, w rozm. 7,5 – 95 ± 5 mm, w rozm. 8,0 – 102 ± 6 mm, w rozm. 8,5 – 108 ± 6 mm?
- Ad. 32** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice sterylne lateksowe o grubości ścianki na mankiecie $\geq 0,14 \pm 0,02$ mm.
- Ad. 33** W SIWZ zostały podane przybliżone ilości zrealizowane w latach poprzednich.
- Ad. 34** Wykonawca na realizację przedmiotu zamówienia ma 72 godz, więc Zamawiający będzie zamawiał przedmiot umowy tak, aby Wykonawca mógł go dostarczyć od poniedziałku do piątku.
- Ad. 35** Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”.
- Ad. 36** Wykonawca w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy ma wcześniej zabezpieczyć ilości wskazane w umowie.
- Ad. 37** W przypadku zmiany stawki podatku Vat Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto – mówi o tym projekt umowy.
- Ad. 38** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga preparatu o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę w pytaniu.
- Ad. 39** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga preparatu o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę w pytaniu.
- Ad. 40** Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania preparat w 20ml bezpiecznych i prostych w obsłudze, nie narażonych na rozbicie, plastikowych ampułkach w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu.
- Ad. 41** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe o dł. zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 455:2 tj. min. 240mm.
- Ad. 42** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice pudrowane o dł. zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 455:2 tj. min. 240mm.
- Ad. 43** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne pudrowane o grubości palca 0,12-0,13mm.
- Ad. 44** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice sterylne pudrowane o długościach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 455:2 tj. min. 280mm.
- Ad. 45** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice sterylne pudrowane o grubości mankieta 0,16-0,17mm.
- Ad. 46** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice sterylne pudrowane o szerokości dla rozmiaru 7,5 - 97mm ± 2 mm oraz 8,5-112mm ± 2 mm.
- Ad. 47** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawice sterylne bezpudrowe o zaproponowanych wymiarach jak w pytaniu.
- Ad. 48** Tak, Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności.
- Ad. 49** Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu może dołączyć zezwolenie.
- Ad. 50** Tak, Zamawiający wymaga, aby produkty lecznicze, które wymagają przewożenia w odpowiednich temperaturach były dostarczane odpowiednimi środkami transportu.
- Ad. 51** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na zmianę cen u producenta, Wykonawca podpisując umowę zna ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego winien te ilości zabezpieczyć po cenach wskazanych w ofercie.
- Ad. 52** Jak w odpowiedzi nr 37.
- Ad. 53** Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki Foleya z balonem 10 ml.
- Ad. 54** Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki Nelatona o powierzchni zmrożonej.
- Ad. 55** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 56** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 57** Zamawiający nie wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych numerem katalogowym.
- Ad. 58** Zamawiający nie dopuści kaniul o rozmiarze 24G z przepływem 23 ml/min.

- Ad. 59** Zamawiający nie dopuści kaniul o rozmiarze 22G 0,9x25mm, przepływ 36 ml/min.
- Ad. 60** Zamawiający nie dopuści kaniul o rozmiarze 20G 1,1x32mm, przepływ 65 ml/min.
- Ad. 61** Zamawiający nie dopuści kaniul o rozmiarze 18G 1,3x45mm, przepływ 95 ml/min.
- Ad. 62** Zamawiający nie dopuści kaniul o rozmiarze 17G 1,5x45mm, przepływ 142 ml/min
- Ad. 63** Zamawiający nie dopuści kaniul o rozmiarze 16G 1,7x45mm, przepływ 200 ml/min
- Ad. 64** Tak, Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym.
- Ad. 65** Tak, Zamawiający dopuści rozmiar zgłębnika żołądkowego Ch24 bez zatyczki.
- Ad. 66** Zamawiający nie dopuści rozmiar 160x210.
- Ad. 67** Tak, Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne posiadające wyczuwalny i optyczny indykator bez wskazania na typ connecta.
- Ad. 68** Tak, Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń o rozmiarze 3F jednokanałowy.
- Ad. 69** Zamawiający nie dopuści torby na wymiociny bez wkładki chłonnej i bez zamknięcia.
- Ad. 70** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnego pakietu.
- Ad. 71** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnego pakietu.
- Ad. 72** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 73** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 74** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 75** Tak, Zamawiający dopuści zaferowanie przylepców zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6 mm x 38mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Ad. 76** Tak, Zamawiający dopuści zaferowanie przylepców zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6 mm x 38mm, 50x6 szt
- Ad. 77** Tak, Zamawiający dopuści zaferowanie przylepca o dł. 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
- Ad. 78** Tak, Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem o dł. 1 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
- Ad. 79** Tak, Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe siatkowe o szerokości 6 cm lub 8 cm.
- Ad. 80** Tak, Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe siatkowe o szerokości 8 cm lub 10 cm.
- Ad. 81** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 82** Jak w odpowiedzi nr 77.
- Ad. 83** Jak w odpowiedzi nr 77.
- Ad. 84** Tak, Zamawiający dopuszcza do zaferowania plastry do mocowania wenflonów w opakowaniu zbiorczym 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 85** Tak, Zamawiający dopuszcza plaster z opatrunkiem 1m x 6cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 86** Tak, Zamawiający dopuszcza rękawy opatrunkowe siatkowych o dł. 25 m w stanie rozciągniętym i 10m -11m w stanie swobodnego zwisu i szerokościach odpowiednio: dla poz. 17 – 1,5cm -2,5cm, dla poz. 18 - 2,5cm -3,5cm, dla poz. 19 – 5cm – 6,5cm, dla poz. 20 – 5cm -6,5cm lub 7cm-9,5cm, dla poz. 21 – 7cm-9,5cm.
- Ad. 87** Zamawiający nie wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie-ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli.
- Ad. 88** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 89** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 90** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 91** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 92** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 93** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 94** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 95** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 96** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 97** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 98** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 99** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 100** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 101** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 102** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 103** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 104** Tak, Zamawiający dopuści zaferowanie rękawic nitrylowych o grubości pojedynczej ścianki na : palcu 0,13 mm +/- 0,03 mm, na dłoni 0,11 mm +/- 0,03 mm, na mankiecie 0,09 mm +/- 0,03 mm?. Pozostałe parametry nie ulegają zmianom.
- Ad. 105** Tak, Zamawiający dopuści zaferowanie kompletu pościeli składającego się z poszewki 70x80cm, poszwy 160x210cm i prześcieradła 150x210cm?.
- Ad. 106** Tak, Zamawiający dopuści zaferowanie rękawic nitrylowych bezpudrowych o wysokiej odporności na ścieranie i przebicie o długości minimum 240mm, szerokości: S – 80 +/- 10mm; M – 95+/-10mm; L – 110+/-10mm, grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,01mm; na dłoni 0,07mm +/- 0,01mm; na mankiecie 0,06mm +/- 0,01mm w opakowaniach po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem.
- Ad. 107** Tak, Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych bez zawartości tiuramów, co ma być potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej.
- Ad. 108** Tak, Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych zarejestrowanych podwójnie tj. jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III.
- Ad. 109** Tak, Zamawiający dopuści zaferowanie rękawic lateksowych o długości minimum 240mm, szerokości S- 84mm +/- 3mm; M- 94mm +/- 3mm; L- 105mm +/- 3mm, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm +/-0,03mm; na dłoni 0,11mm +/- 0,03mm; na mankiecie 0,08mm +/- 0,03mm?

- Ad. 110** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic sterylnych pudrowanych o długości minimum 280mm, szerokości: 7,0- szer. 89mm +/- 6mm; 7,5- szer. 95mm +/- 6mm; 8,0- szer. 102mm +/- 6mm; 8,5- szer. 108mm +/- 6mm; o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,17mm; na dłoni 0,12mm; na mankiecie 0,10mm +/- 0,03mm?
- Ad. 111** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania o powierzchni normalnej a nie zmrożonej.
- Ad. 112** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania rozmiar CH 12 i CH 14 o długości 600mm.
- Ad. 113** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do podawania tlenu przez nos z 6 paskami wzmacniającymi oraz odstąpi od wymogu aby cewnik nie zawierał ftalanów.
- Ad. 114** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Foleya pakowanych podwójnie tj. wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie foliowo papierowe.
- Ad. 115** Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik nie zawierał ftalanów.
- Ad. 116** Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurka Guedel'a nie zawierała ftalanów.
- Ad. 117** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 2ml z tłokiem w kolorze niebieskim. Pozostałe parametry bez zmian.
- Ad. 118** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 5ml z tłokiem w kolorze niebieskim. Pozostałe parametry bez zmian.
- Ad. 119** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 10ml z tłokiem w kolorze niebieskim. Pozostałe parametry bez zmian.
- Ad. 120** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki dwuczęściowej o poj. 20ml z tłokiem w kolorze niebieskim w opakowaniach x 50 sztuk? Pozostałe parametry bez zmian.
- Ad. 121** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębników żołądkowych z czterema otworami bocznymi. Pozostałe parametry bez zmian.
- Ad. 122** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod piankowych z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach 57x34mm pakowane po 50 sztuk.
- Ad. 123** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod piankowych z formułą hydrożelu stałego, owalne o wym. 30x24mm.
- Ad. 124** Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy w rozmiarze 4F.
- Ad. 125** Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania maseczki do wentylacji usta – usta, która składa się z pneumatycznego mankieta uszczelniającego, ustnika z filtrem bakteryjnym oraz dodatkowego portu do podłączenia przewodu tlenowego, zamykana w plastikowym etui.
- Ad. 126** Tak, Zamawiający oczekuje zestawów resuscytacyjnych jednorazowego użytku wyposażonych w dodatkowy uchwyt.
- Ad. 127** Zamawiający oczekuje masek uniwersalnych 0/3.
- Ad. 128** Zamawiający nie dopuści rękawic nitrylowych w opakowaniach a' 200 szt.
- Ad. 129** Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.
- Ad. 130** Tak, Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane o parametrach: (rozmiar /długość w mm/ szerokość w mm/ dopuszczalne odchylenie w mm): S-241-85; M-241-95; L – 241 – 105; Grubość ścianki: na palcu 0,14 mm- +/- 0,03mm; na mankiecie 0,10 mm - +/- 0,03 mm; na dłoni 0,12 mm - +/- 0,02mm.
- Ad. 131** Tak, Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe o parametrach: (rozmiar/długość w mm/ szerokość w mm/ dopuszczalne odchylenie w mm): S-244-82; M-247-94; L – 248 – 105; Grubość ścianki: na palcu 0,13 mm- +/- 0,03mm; na mankiecie 0,08 mm - +/- 0,02 mm; na dłoni 0,10 mm - +/- 0,03mm.
- Ad. 132** Tak, Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe pudrowane o parametrach: (rozmiar /długość w mm/ szerokość w mm/ dopuszczalne odchylenie w mm): 7,0 – 285 -92; 7,5 – 286 -97; 8,0 – 286– 103; 8,5 – 287 – 107; Grubość ścianki: na palcu 0,22 mm- +/- 0,01mm; na mankiecie 0,16 mm - +/- 0,01 mm; na dłoni 0,21 mm - +/- 0,01mm.

ZATWIERDZIŁ
Dyrektor
Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: **(81) 533-78-00**

- ilość stron

- data otrzymania

- pieczęć i podpis adresata