



WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE

20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8,
tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00
www.pogotowie.lublin.pl e-mail: zampubliczne@pogotowie.lublin.pl



Lublin, dnia 28.09.2011 r.

NOZ-3311/ 73 / /11

Sz. P. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia
wg rozdzielnika

Nr sprawy: NOZ – 16/11

Dotyczy: Dostawa 4 szt. ambulansów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:

Pytania:

1. Czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w określeniu normy PN EN 1789 ?. Wyjaśniamy, że obecnie obowiązująca norma to PN EN 1789 +A1: 20 11 ze stycznia 2011 roku.
2. Prosimy o podanie czy dodatkowe pasy lub uprząż do transportu małych dzieci winny posiadać deklarację zgodności potwierdzającą ich kompatybilność z noszami i czy trzeba taki dokument załączyć do oferty na potwierdzenie wymogów Zamawiającego?.

Odpowiedzi:

Ad 1. Tak, doszło do oczywistej omyłki pisarskiej , obecnie obowiązująca norma to PN EN 1789 +A1: 20 11.

Ad 2. Dodatkowe pasy lub uprząż do transportu małych dzieci winny spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych, a wszelkie dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu przy przekazywaniu ambulansów zgodnie z zapisami zał. nr 2 pkt 14 SIWZ.

Uwaga !!!

Zamieszczone odpowiedzi oraz wyniki z tego zmiany należy uwzględnić przy opracowaniu oferty!

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: **(81) 533-78-00**

ilość stron
data otrzymania
pieczęć i podpis adresata