



WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE

20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8,
tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00
www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl



Lublin, dnia 28.09.2012 r.

NOZ-3311/ 64 / /12

Sz. P. Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
wg rozdzielnika

Nr sprawy: NOZ – 17/12

Dotyczy: **Zakup sprzętu medycznego.**

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:

Pytania:

1. Dot. Cz. 6. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w pkt. 1.8 „niskie zużycie środka”. Czy Zamawiający wymaga, aby zużycie wynosiło 1 ml/m³?
2. Dot. Cz. 6. Czy Zamawiający wymaga, aby płyn używany do dezynfekcji posiadał w składzie, oprócz nadtlenu wodoru, substancję aktywną w postaci kationów srebra ?
3. Dot. Cz. 6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym w myśl definicji o wyrobach medycznych natomiast posiada deklarację CE zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE wymaganą dla tego typu urządzeń?
4. Dot. Cz. 5. Czy ze wzgl. na przeznaczenie sprzętu (częsty transport pacjenta) zamawiający wymaga pracy z wewnętrznego akumulatora min. 20 h przy prędkości 5ml/h ?
5. Dot. Cz. 5. Czy Zamawiający wymaga aby komunikacja z użytkownikiem odbywała się z wykorzystaniem wyświetlacza alfanumerycznego ?
6. Dot. Cz. 5. Czy Zamawiający wymaga aby komunikacja z użytkownikiem odbywała się poprzez komunikaty prezentowane w języku polskim (polska wersja językowa menu ułatwiająca programowanie) ?
7. Dot. Cz. 5. Czy Zamawiający wymaga programowalnej (standardowo co 0,1 ml/h) funkcji utrzymania drożności naczyń po zakończeniu infuzji (KVO) ?
8. Dot. cz. 6. Czy Zamawiający wymaga , aby urządzenie do dezynfekcji posiadało funkcję archiwizacji danych, która umożliwia udokumentowanie daty i czasu trwania przeprowadzonych procesów dezynfekcji oraz ich archiwizację w pliku komputerowym lub wydruku?

Odpowiedzi:

- Ad 1** Zamawiający w pkt. 1.8 pod pojęciem „niskie zużycie środka” rozumie zużycie środka do 1 ml/m³.
- Ad 2** Zamawiający nie wymaga, aby płyn używany do dezynfekcji posiadał w swoim składzie substancję aktywną w postaci kationów srebra, natomiast ma spełniać zapisy SIWZ.
- Ad 3** Tak, Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym jednakże ma ono spełniać wymagania SIWZ i posiadać deklarację zgodności CE.
- Ad 4** Zamawiający wymaga aby pompa infuzyjna pracowała z wewnętrznego akumulatora nie krócej niż 4 h .
- Ad 5** Tak, Zamawiający wymaga aby komunikacja z użytkownikiem odbywała się z wykorzystaniem wyświetlacza alfanumerycznego.
- Ad 6** Tak, Zamawiający wymaga aby komunikacja z użytkownikiem odbywała się poprzez komunikaty prezentowane w języku polskim.
- Ad 7** Zamawiający nie wymaga programowalnej funkcji utrzymania drożności naczyń po zakończeniu infuzji (KVO) .
- Ad 8** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaproponowany przedmiot zamówienia posiadał funkcję archiwizacji danych, która umożliwia udokumentowanie daty i czasu trwania przeprowadzonych procesów dezynfekcji oraz ich archiwizację w pliku komputerowym lub wydruku.