



WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE

20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8,
tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00
www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl



Lublin, dnia 09.10.2012 r.

NOZ-3311/ 68 / /12

Sz. P. Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
wg rozdzielnika

Nr sprawy: NOZ – 17/12

Dotyczy: **Zakup sprzętu medycznego.**

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:

Pytania:

1. Dot. Cz.. 3. pkt. 1. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 3 poz. 1 (ssaki elektryczne) i utworzy oddzielne zadanie?.
2. Dot. Cz.. 3. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie do 30 l i przy podciśnieniu do 73 kPa?.
3. Dot. Cz.. 3. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 1 butlę 1 l. wielorazową i kompatybilne z nią wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem?.
4. Dot. Cz.. 3. pkt. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby wkłady kompatybilne z w/w ssakami posiadały filtr hydrofobowo antybakteryjny, dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem a co za tym idzie fabrycznie nadrukowaną datę ważności i skuteczność owych filtrów na każdym wkładzie?.
5. Dot. Cz.. 7. pkt. 2. ppkt. 2.8. Czy Zamawiający dopuści reduktor butlowy z pokrętkiem przepływomierza wykonanym z trwałego tworzywa sztucznego?.
6. Dot. Cz.. 7. pkt. 3. ppkt. 3.5. Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenu z pokrętkiem przepływomierza wykonanym z trwałego tworzywa sztucznego?.
7. Dot. proj. umowy. Czy wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 1.1 umowy na : „w razie zwłoki terminu w realizacji całości przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości **0,2 %** niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki.”
8. Dot. proj. umowy. Czy wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 7 ust. 6 umowy na : „**Wykonawca** zobowiązany jest do wykonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia.”
9. Dot. Cz.. 2. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, którego częstość oddechow jest regulowana w zakresie 10-20 oddechów na minutę ?.
10. Dot. Cz.. 2. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, którego objętość oddechowa jest regulowana w zakresie 200-1350 ml?.
11. Dot. Cz.. 2. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który nie jest przystosowany do pracy w polu magnetycznym MRI ?.
12. Dot. Cz.. 2. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator o masie 1,5 kg ?.
13. Dot. Cz.. 2. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który nie jest przystosowany do pracy w polu magnetycznym MRI ?.
14. Dot. Cz.. 2. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator posiadający 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/MCV 100 % i 60 % ?.
15. Dot. Cz.. 7. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania reduktor butlowy z przepływomierzem z pokrętkiem przepływomierza wykonanym z trwałego tworzywa ?.
16. Dot. Cz.. 7. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania reduktor butlowy z przepływomierzem z pokrętkiem przepływomierza wykonanym z trwałego tworzywa ?.
17. Dot. Cz.. 7. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści reduktor z mocowaniem na butli przy użyciu narzędzi ?.
18. Dot. Cz.. 7. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści reduktor z mocowaniem na butli przy użyciu narzędzi ?.
19. Dot. Cz.. 7. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści reduktor z pokrętkiem przepływomierza z tworzywa sztucznego ?.
20. Dot. Cz.. 7. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenu z przepływem 0 – 15 l/min ?.
21. Dot. Cz.. 7. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenu z pokrętkiem przepływomierza z tworzywa sztucznego ?.
22. Dot. Cz.. 7. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści sekwencyjny dozownik tlenu bez nawilzacza ?.

Odpowiedzi:

- Ad 1** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 3 poz. 1 (ssaki elektryczne) i utworzenie oddzielnego zadania.
- Ad 2** Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak o przepływie do 30 l i przy podciśnieniu do 73 kPa.
- Ad 3** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ssaka wyposażonego w 1 butlę 1 l. wielorazową i kompatybilne z nią wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
- Ad 4** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ssaka wyposażonego w wkłady kompatybilne posiadające filtr hydrofobowo antybakteryjny, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
- Ad 5** Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pokrętko przepływomierza wykonane było z trwałego tworzywa sztucznego.
- Ad 6** Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pokrętko przepływomierza wykonane było z trwałego tworzywa sztucznego.
- Ad 7** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 6 ust. 1.1 projektu umowy.
- Ad 8** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 7 ust. 6 projektu umowy.
- Ad 9** Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z regulacją częstości oddechów w zakresie 10-20 odd/min.
- Ad 10** Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z regulacją objętości oddechowej w zakresie 200-1350 ml.
- Ad 11** Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu zapewnienia pracy respiratora w środowisku MRI, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
- Ad 12** Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator o wadze 1,5 kg.
- Ad 13** Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu zapewnienia pracy respiratora w środowisku MRI, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
- Ad 14** Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator posiadający 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/MCV 100 % i 60 %.
- Ad 15** Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pokrętko przepływomierza wykonane było z trwałego tworzywa sztucznego.
- Ad 16** Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pokrętko przepływomierza wykonane było z trwałego tworzywa sztucznego.
- Ad 17** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie reduktora z mocowaniem na butli przy użyciu narzędzi.
- Ad 18** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie reduktora z mocowaniem na butli przy użyciu narzędzi.
- Ad 19** Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pokrętko przepływomierza wykonane było z trwałego tworzywa sztucznego.
- Ad 20** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie dozownika tlenu z przepływem 0 – 15 l/min.
- Ad 21** Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pokrętko przepływomierza wykonane było z trwałego tworzywa sztucznego.
- Ad 22** Tak, Zamawiający dopuści sekwencyjny dozownik tlenu bez nawilżacza, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR
Zdzisław Kulesza